



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.1.2017

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych, sprzętu do anestezji i resuscytacji, rurek nosowo-gardłowych i krtaniowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 32117 - 2017; data zamieszczenia: 24.02.2017

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, postanawia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru ofert w części 1.

UZASADNIENIE

Zamawiający powziął wiadomość co do możliwej niezgodności zaoferowanego przez SORIMEX sp. z o.o. sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, produktu tj. elektrody Ekg dla dorosłych typu F 55 w stosunku do przedmiotu opisanego w SIWZ. W szczególności wątpliwości dotyczą tego, czy zaoferowana elektroda posiada żel półpłynny, który był przez Zamawiającego wymagany. Biorąc pod uwagę, iż warunkiem zawarcia umowy jest wybór oferty zgodniej z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, koniecznym i zasadnym jest powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert.